



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ "ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 105094, Россия, город Москва, набережная Семеновская, дом 2/1, строение 1, этаж 2, помещение II, комната №3

Адрес места осуществления деятельности: 121351, Россия, город Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, строение 20

Основной государственный регистрационный номер 1027739417530.

Телефон: +74957898559 Адрес электронной почты: info@safeair.ru

в лице Генерального директора Будовича Дмитрия Витальевича

заявляет, что Аппаратура измерительная: газоанализаторы ЭССА-М взрывозащищенного исполнения ЭССА-М/3 и взрывозащищенного исполнения ЭССА-М/ИП.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ "ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 105094, Россия, город Москва, набережная Семеновская, дом 2/1, строение 1, этаж 2, помещение II, комната №3

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 121351, Россия, город Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, строение 20

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4215-020-11269194-14 (ЯРКГ. 412168.001ТУ)

«Газоанализаторы ЭССА-М. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9027101000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 003-07-25-ВТ от 02.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний" (раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2). Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 05.06.2025 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.07.2030 включительно.

М.П.

Будович Дмитрий Витальевич

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.63455/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.07.2025

